



RADYOLOJ SERVİS TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN NO	OH.PL16
YAYIN TARİHİ	25.06.2012
REVİZYON NO	02
REVİZYON TARİHİ	23.03.2016
SAYFA	1 / 1

YER	SIKLIĞI	MALZEME
Zemin	Her vardiyada bir kez	<ul style="list-style-type: none">Su ve deterjanKan varsa 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu
Tıbbi cihazların yüzeyleri	Her vardiyada bir kez	<ul style="list-style-type: none">Üretici firma önerisine göre temizlenmeli Özel bir öneri yok ise;Su ve deterjan püskürtülerek silinmeli
Çekim alanları	Her gün	<ul style="list-style-type: none">Su ve deterjan
Soyunma kabinlerinin yüzeyleri	Her gün	<ul style="list-style-type: none">Su ve deterjan
Röntgen banyo alanları	Her gün	<ul style="list-style-type: none">Evye ve lavabolar; vim vb. temizlik maddesiZemin ; su ve deterjanla
Lavabolar	Her gün ve gerektiğinde	<ul style="list-style-type: none">Vim vb. temizlik maddesi
Sıvı Sabun kapları	Bittikçe	<ul style="list-style-type: none">Üzerine ekleme yapılmamalıBoş alan sabun kapları yıkanıp kurutulmalıTekrar doldurulmalı
Kapı, Kapı Çerçevesi ve Kapı Kolu	Her gün	<ul style="list-style-type: none">Su ve deterjan
Telefon ve Bilgisayar Aparatları	Her gün	<ul style="list-style-type: none">Nemli bez ile su ve deterjan püskürtülerek silinmeli
Duvarlar ve Kalorifer Petekleri	Ayda bir	<ul style="list-style-type: none">Su ve deterjanKan varsa 1/10 oranında çamaşır suyu
Temizlik Bezleri, Paspas ve Kovalar	Her temizlik sonrası	<ul style="list-style-type: none">Sıcak su ve deterjan1/100 oranında çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli
Depolar v.b	15 günde bir	<ul style="list-style-type: none">Sıcak su ve deterjanNemli bez
Çöp Kovaları	Her gün	<ul style="list-style-type: none">Sıcak su ve deterjanla yıkanmalıTıbbi atık kovaları çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli

Notlar:

1. Temizlik malzemelerinin kullanımları için “*Temizlik Malzemeleri ve Malzemelerin Kullanım Kuralları Talimatı*”na bakınız.
2. Temizlik, dezenfeksiyon işlemi sırasında; kaba kir varsa öncelikle uzaklaştırılmalı, su ve deterjanla silinmeli, sonrasında dezenfektan madde kullanılmalıdır.
3. Temizlik ihtiyaç olduğunda periyot beklenmeden yapılmalıdır.
4. Öneriler olan koşullarda geçerlidir. Salgın, sıkı temas izolasyonu gerektiren vb. durumlarda ilgili talimatlara uyulmalıdır.

HAZIRLAYAN SAĞLIK ZM.MD.YRD.	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
---------------------------------	---	-----------------------