



PORTABLE HEMODİYALİZ UYGULAMA TALİMATI

DOKÜMAN NO	D .TL02
YAYIN TARİHİ	31.03.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA	1 / 1

- AMAÇ:** Bu talimatın amacı portable hemodiyaliz uygulaması için bir sistem oluşturmaktır.
- KAPSAM:** Talimat Hemodiyaliz Ünitesi çalışanlarını kapsar.
- KISALTMALAR:** -
- TANIMLAR:** -
- SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Diyaliz Hemireleri, denetlenmesinden Sağlık İleri Müdürlüğü sorumludur.
- FAAL YETKİLERİ:**
 - Portable hemodiyaliz uygulaması yatan, hemodiyaliz ünitesine getirilemeyen hastalar için Hekim Order'ına göre uygulanır.
 - Hastanın yatışı bölüm hekimi tarafından Nefroloji bölümü hekimine yazılı konsültan istemi gönderilir.
 - Görevli olan konsültan nefrolog hastayı görerek değerlendirir.
 - Portable hemodiyaliz uygulaması için karar verilen hastalar konsültan tarafından hemodiyaliz ünitesi icapçı hemiresine sözlü olarak bildirir.
 - Portable hemodiyaliz uygulaması için nefrolog hekimin yazılı order'ına göre hareket edilir.
 - Portable su tankı temizlenir, temizliği kontrol edilir, tank distile su ile doldurulur.
 - Su tankı ve bağlantı hortumları takılmak üzere su tankının üzerine yerleştirilir.
 - Makine su ve elektrik hattından ayrılır, drenaj hortumu çıkarılır.
 - Makinenin set ve diyalizörü takılmak üzere hazırlanır.
 - Makinenin sarsmadan, çarpmadan istenilen bölüme çıkarılması sağlanır.
 - Bölüme gidilince su tankının fişi takılıp su gelmesi hortumundaki su ve hava lavaboya akıtılır.
 - Su tankının su girişi hortumu hemodiyaliz makinesinin su girişi bölümüne takılır.
 - Hemodiyaliz makinesinin drenaj hortumu makinenin drenaj bölümüne takılıp diyaliz ünitesi lavaboya bırakılır.
 - Kullanılan hemodiyaliz makinesi kullanma talimatına göre çalıştırılır.
 - Diyaliz ünitesi bitince kullanılan diyaliz cihazı talimatında yer alan sonlandırma ünitesine göre diyaliz bitirilir.
 - Drenaj ve su bağlantı hortumları hemodiyaliz makinesinden ayrılarak takılmak üzere hazırlanır.
 - Su tankı ve hemodiyaliz cihazının hemodiyaliz ünitesine sarsmadan, çarpmadan gönderilmesi sağlanır.
 - Diyaliz ünitesinde hemodiyaliz makinesinin su ve elektrik bağlantısı yapılır.
 - Cihaz, su tankı ve eklerinin takılması ünitesi mesai saatleri içinde diyaliz personeli, mesai saatleri dışında gidilen bölüm personeli tarafından diyaliz ünitesi hemiresi denetiminde yapılır.
 - Cihazın sterilizasyonu ünitesi hemodiyaliz ünitesinde Gambro Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı 6.9 maddesi hükümlerine göre yapılır.
 - Cihaz arızaları hemodiyaliz hemiresine bildirilir. Bölüm hemiresi tarafından arıza HBYS üzerinden Biyomedikal Destek Hizmetleri Müdür Yardımcı'na bildirilerek, sorunun giderilmesi sağlanır.
- LG L DÖKÜMALAR:** - Gambro Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı

HAZIRLAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ D. REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAĞLI HEKİM
---	--	--------------------------

